

**ZADAVATEL**

Obchodní firma: **Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.**  
Se sídlem: **Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem**  
Telefon: **475 309 222**  
IČ/DIČ: **62243136 / CZ62243136, plátce DPH**

## VYSVĚTLENÍ č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název zakázky: **Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím**

Datum uveřejnění zakázky: **26. 5. 2017**

V Litvínově dne 28. 7. 2017

Na základě dotazů některých účastníků zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace k Zadávací dokumentaci předmětné zakázky:

**Dotaz č. 1**

*Předmět dodatečného dotazu:*

**Požadavek: „OS Windows 8 Professional nebo vyšší (CZ nebo EN verze)“**

**Dotaz: Náš elektronový mikroskop obsahuje vždy minimálně 2 PC. Jeden počítač je tzv. kontrolér mikroskopu a druhý je podpůrný počítač. Mezi kontrolérem mikroskopu, podpůrným počítačem a externími komponenty je uzavřená síť, aby nikdy nedošlo k poškození mikroskopu z venčí a aby byl dobře chráněn před viry a pod. Jenom podpůrný počítač je připojený k externí síti. Podpůrný počítač může pracovat na OS Windows 8 Professional nebo vyšší (CZ nebo EN verze). Kontrolér mikroskopu pracuje na OS Windows 7 Professional. Je pro Vás akceptovatelné, aby OS Windows 8 Professional nebo vyšší (CZ nebo EN verze) byl nainstalován na podpůrném počítači a kontrolér mikroskopu pracoval na OS Windows 7 Professional?**

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Zadavatel upřesňuje, že minimální technická specifikace PC a software (viz příloha č. 1 „Technická specifikace“ výzvy a zadávací dokumentace) uvádí specifikaci software pro podpůrný počítač, případně počítače (tj. PC připojené do sítě Zadavatele) tak, jak je to obvyklé. Technická specifikace „kontroléru“, který není připojen do sítě Zadavatele, musí být plně kompatibilní s podpůrným PC tak, aby bylo možné bez problémů využívat veškeré funkce přístroje. Účastník je povinen tuto specifikaci konfigurovat tak, aby funkčnosti přístroje nebyly nijak omezeny.

Zároveň zadavatel uvádí, že přípustný operační systém u nabízeného podpůrného PC je MS Windows 8 Professional nebo MS Windows 8.1 Professional v české nebo anglické verzi. Tato specifikace je plně kompatibilní s informačním systémem Zadavatele. Jiný operační systém je z důvodu nekompatibility stávajícího systému Zadavatele nepřipustný. Upravená příloha č. 1 „Technická specifikace“ je přiložena.

### **Dotaz č. 2**

*Předmět dodatečného dotazu:*

**Požadavek: „antivirový program s min. 24 měsíční licencí“**

**Dotaz: Je pro Vás akceptovatelné, aby antivirový program s min. 24 měsíční licencí byl nainstalovaný jenom na podpůrném PC? Kontrolér mikroskopu není připojený k externí síti.**

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Stejně jako u předchozího dotazu platí, že minimální technická specifikace PC a software (viz příloha č. 1 „Technická specifikace“ výzvy a zadávací dokumentace) uvádí specifikaci software pro podpůrný počítač, případně počítače (tj. PC připojené do sítě Zadavatele) tak, jak je to obvyklé. Technická specifikace „kontroléru“, který není připojen do sítě Zadavatele, musí být plně kompatibilní s podpůrným PC tak, aby bylo možné bez problémů využívat veškeré funkce přístroje. Účastník je povinen tuto specifikaci konfigurovat tak, aby funkčnosti přístroje nebyly nijak omezeny.

### **Dotaz č. 3**

*Předmět dodatečného dotazu:*


**Požadavek: „VGA PCIe x16, min. 128bit, min. 2GB GDDR5, min. 2 výstupy (DVI, HDMI)“**

**Dotaz: Je pro Vás akceptovatelná grafika: AMD FirePro W2100 2GB a paměť 16GB DDR4-2133 ECC RegRAM (2x8GB)?**

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

Zadavatel uvádí, že grafická karta **AMD FirePro W2100 2GB a paměť 16GB DDR4-2133 ECC RegRAM (2x8GB)** nesplňuje požadovanou technickou specifikaci, a to konkrétně v požadavku na rychlost paměti videokarty, která je označena jako GDDR3, přičemž požadován je parametr GDDR5. Vyšší rychlost paměti je vyžadována z důvodu předpokladu zpracovávání video prezentací ze snímků pořízených na dodávaném mikroskopu.

Vzhledem k zásadnějším změnám v rámci technické specifikace si Zadavatel dovoluje informovat uchazeče, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu se zněním § 99 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. **Nabídky lze předkládat Zadavateli až do 21. 8. 2017 do 10:00 hodin.**

  
**Ing. Veronika Vavroušková**  
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 - Upravená zadávací dokumentace ve finálním znění
- Příloha č. 2 - Upravená zadávací dokumentace s vyznačenými změnami
- Příloha č. 3 - Upravená Příloha č. 1 „Technická specifikace“ ve finálním znění
- Příloha č. 4 - Upravená Příloha č. 1 „Technická specifikace“ s vyznačenými změnami